

## ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE DOSTAWY TRYCHINOSKOPU

- I. Zamawiający:**  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Gzichowska 27  
tel./fax: 32/267-44-18, e-mail: [bedzin.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:bedzin.piw@wetgiw.gov.pl)
- II. Sposób przygotowania oferty:**  
Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, z opisem zawierającym specyfikację nawiązującą do parametrów wyszczególnionych poniżej w zapytaniu.  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- III. Miejsce i termin złożenia oferty:**  
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem lub złożyć osobiście w sekretariacie Zamawiającego.  
Termin złożenia oferty – do 8 listopada 2019 r. do godziny 15:00
- IV. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego**  
Beata Zaporowska, tel. 32/267-44-18, e-mail: [bedzin.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:bedzin.piw@wetgiw.gov.pl)
- V. Wymagania dotyczące zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trychinoskopu projekcyjnego zasilanego napięciem sieciowym 230 V;
  2. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, stacjonarne i stanowić jako całość samonośną konstrukcję, bez potrzeby zestawiania i justowania poszczególnych podzespołów w codziennej obsłudze;
  3. Urządzenie powinno posiadać układ optyczny oparty na klasycznej optyce wysokiej klasy, ale nie zawierający elektronicznych podzespołów przetwarzania obrazu, umożliwiający uzyskanie jasnych, kontrastowych, o odpowiedniej ostrości i rozdzielczości obrazów badanych preparatów przy dwóch powiększeniach:  
- roboczym: 50 krotnym,  
- dodatkowym: nie mniejszym niż 80 krotne;
  4. Urządzenie powinno być przystosowane do wykonywania badań dwiema metodami: kompresorową oraz wytrawiania;
  5. Urządzenie powinno posiadać ekran projekcyjny wielkości minimalnej 57 x 57 cm, pokryty białą matową powłoką ograniczającą odbijanie światła;
  6. Urządzenie powinno być wyposażone w automatyczny mechanizm blokujący, zapewniający ruch kompresora lub zbiornika w jednym kierunku w celu uniknięcia niezamierzonego przesunięcia;
  7. Do urządzenia powinna zostać dołączona instrukcja obsługi w języku polskim;
  8. Transport urządzenia do Zamawiającego na koszt dostawcy;
  9. Dostarczone urządzenie powinno być gotowe do pracy (nie wymagające montażu ani kalibracji) dopuszcza się montaż i kalibrację urządzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy;
  10. Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy.
- VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:**  
Podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena trychinoskopu w tym samym standardzie. Zamawiający poinformuje oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, o dokonany wybór w formie pisemnej.
- VII. Informacje dodatkowe:**  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty.  
Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury i przekazania trychinoskopu.  
Realizacja zamówienia – do dnia 25.11.2019 r.